No.8 …… ご使用に当って特に注意して頂きたいことのレポートです

TOP SAFETY REPORT

輸液ライン

（トップ輸液セット、トップ三方活栓、トップエックステンションチューブ、トップ輸液ポンプ）

輸液ルートを確認しましょう

輸液開始前、使用中には輸液ラインを定期的にチェックして、正しく輸液がされているか確認してください。



（接続の一例）

Check 1 薬　液

- □ 正しい使用薬液ですか。
- □ 残量は適切ですか。

Check 2 点滴筒

- □ 滴下速度は正しいですか。
- □ 点滴筒内の液量は適切ですか。

Check 3 トップ輸液ポンプ

- □ 流量と予定量は正しく設定されていますか。
- □ トップ輸液セットが正しく装着されていますか。

Check 4 クレンメ

- □ トップ輸液ポンプを使用する時は、トップ輸液ポンプより下方に位置させていますか。
- □ トップ輸液ポンプを使用して輸液をする時は、輸液開始前にクレンメを全開にしていますか。
- □ トップ輸液ポンプのドアを開ける前には、クレンメを閉じていますか。
- □ クレンメを閉じる際には、チューブを確実に閉塞させていますか。

Check 5 トップ輸液セット/チューブ

- □ ねじれ、屈曲、圧迫などはありませんか。
- □ 過剰な引張力がかかっていませんか。

Check 6 トップ三方活栓

- □ 開閉の確認は済んでいますか。
- □ コックは正しい位置ですか。

※L型180度タイプを使用する場合は、ハンドルを180度以上回転させないでください。

Check 7 接続部

- □ ゆるんではいませんか。
- □ 薬液が漏れていませんか。

※過度の締め付け及び増し締めなどには十分注意してください。

Check 8 トップエックステンションチューブ

- □ ねじれ、屈曲、圧迫などはありませんか。
- □ 過剰な引張力がかかっていませんか。

Check 9 刺入部

- □ 正しい刺入、正しい固定がされていますか。
- □ 腫れていたり、発熱や熱感などはありませんか。

株式会社トップ　安全管理部
〒120-0035 東京都足立区千住中居町19番10号

使用の際には、必ず詳細を添付文書及び取扱説明書にて確認してください。